

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 02/2025 [P.I. Nº 07/2025]

“TERMO DE CONVÊNIO Nº 001273/2025”

EMENDA DEPUTADA MARINA HELOU

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DAS OBSERVAÇÕES GERAIS

Aplica-se a todos os objetos, componentes, acessórios e periféricos discriminados neste Anexo I.

1. DOS PRAZOS DE: GARANTIA, CALIBRAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (TODOS SEM ÔNUS PARA A FUNDASP)

- 1.1. **Prazo de Garantia (fabricante) do Objeto e seus respectivos componentes, acessórios e periféricos:** mínimo de 1 (um) ano, contados da data de recebimento e aceite definitivo pela Fundasp, expresso no Termo de Recebimento, expedido pela Fundasp;
- 1.2. **Do prazo de calibrações (se couber) para o objeto e seus respectivos componentes, acessórios e periféricos:** pelo mesmo período da garantia;
- 1.3. **Prazo de Assistência Técnica “balcão” para o objeto e seus respectivos componentes, acessórios e periféricos:** pelo mesmo período da garantia, com cobertura em todo território nacional, preferencialmente, em Sorocaba, com cobertura em até 24 horas, contados da solicitação da FUNDASP, em todos os dias úteis e em horário comercial;
- 1.4. Os objetos e seus respectivos componentes, acessórios e periféricos deverão ser entregues em embalagens apropriadas aos seus respectivos usos, e virem acompanhadas de Certificado de Garantia do fabricante.

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O objeto, os componentes, os acessórios e os periféricos deverão, obrigatoriamente, ser:

- 2.1.1. Do mesmo fabricante;
- 2.1.2. Preferencialmente, da mesma cor do objeto principal;
- 2.1.3. Entregues com:
 - 2.1.3.1. Certificado de garantia;
 - 2.1.3.2. Os “guias de configuração” e “manual do usuário” (técnico e operacional), ambos em idioma “Português” (BR) e “Inglês”;
 - 2.1.3.3. Embalados com identificação em inglês/Português (BR), data de fabricação e número de registro na ANVISA.

3. DO REGISTRO E DAS CERTIFICAÇÕES

3.1. Apresentar, **obrigatoriamente**, juntamente com a proposta de preços os documentos abaixo discriminados:

- 3.1.1. Registro na ANVISA;

TEM: 01

QUANTIDADE: 32 (trinta e duas) unidades

OBJETO GENÉRICO: Berço Hospitalar para recém-nascido em aço inox e cuba de acrílico para berçário e maternidade

1. Especificações Técnicas Mínimas

(poderá ser cotado especificações técnicas iguais ou superiores as abaixo discriminadas):

1. Estrutura:

- 1.1. Fabricado em tubo de aço inoxidável AISI 304 ou superior, formato redondo, com acabamento polido e resistente à corrosão.
- 1.2. Estrutura sem cantos vivos ou arestas cortantes, garantindo a segurança ao bebê e ao operador.
- 1.3. Prateleira inferior em aço inox para apoio de materiais (opcional, quando aplicável)

2. Cesto:

- 2.1. Removível, confeccionado em acrílico transparente atóxico, de alta resistência, com espessura mínima de 5 mm;
- 2.2. Design anatômico, cantos arredondados e superfícies lisas, permitindo fácil higienização;
- 2.3. Fixação segura à estrutura, evitando deslocamentos acidentais.

3. Movimentos:

- 3.1. Sistema que permita movimentação nos modos **Trendelenburg** e **proclive** de forma suave e segura;
- 3.2. Ajuste com travamento seguro pra manter a posição desejada;

4. Rodízios:

- 4.1. No mínimo 4 rodízios giratórios, com diâmetro mínimo de 2" (50 mm), sendo **no mínimo 2 com travas**;
- 4.2. Rodas com bandagem de material não marcante e sistema de giro silencioso.

5. Colchonete:

- 5.1. Incluso colchonete de densidade e espessura adequadas ao conforto do recém-nascido;
- 5.2. Revestimento em material impermeável, atóxico, lavável, resistente a desinfetantes hospitalares e com fechamento sem costuras expostas para evitar acúmulo de resíduos.

6. Higienização:

- 6.1. Materiais compatíveis com limpeza hospitalar e resistentes a produtos desinfetantes sem alteração de cor, brilho ou resistência;
- 6.2. Estrutura e cesto fácil desmontagem e acesso a higienização completa.